1761.

Rapport d'une observation sur une fracture de l'humerus dans son col, par Monsieur Trecourt, docteur en medecine et chirurgien major de l'hopital Royal et militaire de Rocroy, avec l'examen d'une machine de son invention employée avec succès dans la cure de cette maladie

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Monsieur Trecourt fut appellé le 17. juin 1760. a deux lieues de Rocroy, pour y voir un jeune homme de 17. ans a qui la roue de derriere d'un chariot chargé d'une banne de charbon avoit passé sur la poitrine et le bras droit, arrivé cinq heures après l'accident, il luy fut facile de reconnoître une emphiseme sur toute la poitrine, une Ecchimose considerable et un engorgement monstrueux a tout le bras, apres des perquisitions exactes, il reconnut une fracture au col de l'humerus, et un éloignement des deux Extremitées fracturées, il jugea de l'éloignement des extremitées par la comparaison de la longueur du bras sain, avec le bras malade, qui étoit plus long de trois grands travers de doigt, il fit remonter la partie inferieure vers la superieure et l'y maintint autant qu'il put par l'appareil ordinaire,

ARC 33 d 3 n° 12

et le bandage a dix huit chefs comme le recommande
la plus part des auteurs qui ont écrit de
cette fracture, cette espece de fracture na
besoin ny dextention ny de contrextention,
cest le cas de nouer court lécharpe pour
empecher le bras de retomber; sur tout
lors que les muscles auront souffert et
que leurs actions seront diminuez par
de grandes contusions. malgré tout le
soin que mr. toccourt prit pour empecher
que la partie inferieure de los fracturé
ne séloignat de la superieur, il trouva
le neuvieme jour a la levée de lappareil
les extremités de los ecartees de beaucoup
lune de lautre ~~et~~ les raprocha comme le
premier jour ce qui ne reussit pas mieux,
car deux jour apres il revit son malade et
trouva le même derangement dans les os,
il sy étoit attendu et avoit apporté avec
luy la machine de fer blanc quil a adressé a
lacademie et dont il sest servi avec succèz.
lavantage de cette machine consiste a ne
pas permettre au bras ny a lavant bras de
se baisser. le point dappui etant fait princi
palement sur les deux epaules, et le coude, et lavant
bras, etant tres bien soutenu par son moyen.

a la premiere inspection de cette machine on seroit porté a croire que lécharpe pourroit y suppleer. jay posé la machine a un jeune homme de seize ans elle ma paru retenir le bras plus fixe que lécharpe que le malade derange souvent dans les differentes attitudes quil prend. il est vray quil faudra faire la machine pour chaque fracture du col de lhumerus par ce quil faut prendre la mesure juste pour la longueur et grosseur du bras et si cet instrument étoit employé plusieurs fois cest que les malades se trouveroient en tout semblables, de plus je croi quon naura recours a cette machine que lors que les muscles auront été lezés ou lors que le bras fracturé sera paralitique par ce que dans tout autre cas laction des muscles et lécharpe concourent ensemble pour retenir les os fracturés en place lors quil sont bien reduits. lobservation comme le dit tres bien m.r Arcourt na rien de particulier en elle même si ce nest la facilité que les os avoient a séloigner et les accidents graves auquels cett habile chirurgien a su remedier

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

en employant les moyens que l'art prescrit
en pareil cas, et de plus on ne peut que luy
avoir obligation de l'invention de sa
machine qui est tres propre a remplir
l'intention qu'il avoit de fixer les os et par
consequent de procurer une guerison plus
prompte et plus sure par son moyen, ce
qui me fait croire que l'academie fera
usage de l'observation et de la Machine
de monsieur Crecourt.

Leger